

parlaklık ölçüm cihazı



ÖLÇÜM AÇISI	GlossTector® 60°:	60°
	GlossTector® 20° –60° –85°:	20°, 60° and 85°
ÖLÇÜM ARALIĞI	0 – 199.9 Gs	
ÖLÇÜM YÜZEYİ	40 x 15 mm	
BESLEME	1,5 V Alkali Pil	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	0°C – 40°C	
BOYUTLAR(L x W x H):	GlossTector® 60°:	114 x 31 x 63mm
	GlossTector® 20° –60° –85°:	114 x 31 x 63mm
AĞIRLIK	GlossTector® 60°:	400g
	GlossTector® 20° –60° –85°:	500g
ÖLÇÜM STANDARDI	EN ISO 2813, DIN 67530, ISO 7668,ASTM D 523	

- Uygulanan boyanın veya herhangi bir yüzeyin uygun parlaklıkta olup olmadığının ölçümü yapılır.
- Gloss birimi olarak parlaklık değeri alınır.
- İki modeli vardır. Glosstechtor 60 ve Glosstechtor 20-60-85